



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА" (АО "ЦМИДИМ")  
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе  
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.314725

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ЕНЖ/28-01-2025/407864023

Действительно до 27.01.2026

Средство измерений

Меры длины концевые плоскопараллельные до 100 мм; Нет данных; набор № 1; Рег. №  
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

38376-13

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

171057

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МИ 1604-87; МИ 2079-90

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением  
эталонов:

38376-13 Меры длины концевые плоскопараллельные до 100 мм Нет данных 1520 2015

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

Эталон 2-го разряда Приказ от 29 декабря 2018 г. № 2840

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих  
значениях влияющих  
факторов:

температура: 20,3 С; атм. давление: 100,0 кПа; отн. влажность: 53 %

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес  
записи сведений о  
результатах поверки в  
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-407864023>

Номер записи сведений  
о результатах  
поверки в ФИФ ОЕИ:

407864023

Поверитель

Чубаров Лев Александрович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Генеральный директор

должность руководителя или  
другого уполномоченного лица

подпись

Гущин М. Э.

фамилия, инициалы

Дата поверки

28.01.2025

ОБРАЗЕЦ